

- Πνευμονολογικό μπαλόνι διαστολής μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων, κατασκευασμένο από μαλακό, παχύ υλικό rebax και ολισθηρή επικάλυψη mediglide. Το μπαλόνι να διαθέτει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες και στρογγυλεμένα άκρα, ώστε να επιτρέπει την ενδοσκοπική και ακτινοσκοπική παρακολούθηση της διαστολής. Να είναι εγκεκριμένο για ενδοσκοπική διαστολή στενώσεων στο δέντρο των αεραγωγών διαμέσου βρογχοσκοπίου. Να διατίθεται με διάμετρο μπαλονιού ως εξής: 8-9-10mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-5,5-9 ATM, 10-11-12mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-5-8 ATM, 12-13.5-15mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-4,5-8 ATM, 15-16.5-18mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-4,5-7 ATM, 18-19-20mm με πλήρωση αντίστοιχα 3-4,5-6 ATM, μήκος μπαλονιού 3cm και 5,5cm, διάμετρο καθετήρα κατάλληλη για χρήση με κανάλι εργασίας 2,8mm και άνω. Να έχει μήκος καθετήρα 110cm. **(CRE pulmonary) κωδικός νοσοκομείου 343981 ΠΑΓΝΗ**
- Ειδική αποστειρωμένη σύριγγα πλήρωσης 60cc με ενσωματωμένο μανόμετρο υψηλής ευκρίνειας, μιας χρήσεως, με δυνατότητα προσαρμογής σε ειδική συσκευή, η οποία παρέχει υψηλή-σταδιακή πίεση πλήρωσης για την ευκολότερη πλήρωση και αποπλήρωση των μπαλονιών. Να διαθέτει ειδικό σύστημα προέκτασης **(ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ). κωδικός νοσοκομείου 344078 ΠΑΓΝΗ**

Kωδ. 326964

Σετ ενδοπροσθέσεων αεραγωγού, με συρμάτινους οδηγούς, για την αντιμετώπιση Υ φολικής απόφραξης τραχείας.

Το σετ να αποτελείται από πέντε (5) μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις τραχείας-βρόγχου Carina-Y και δέκα (10) συρμάτινους οδηγούς προώθησης.

Οι μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπροθέσεις τραχείας- βρόγχου να διατίθενται με μερική ή / και πλήρη επικάλυψη σιλικόνης και να είναι κατασκευασμένες από ENA nitinol σύρμα θερμικής μνήμης.

Να έχουν ειδική πλέξη (τεχνική ύφανσης), να φέρουν ατραυματικά άκρα και πολλαπλούς ακτινοσκοιούς δείκτες από tantalum.

Να διατίθενται προτοποθετημένες σε συσκευή τοποθέτησης/απελευθέρωσης 6mm/18Fr - 7mm/21Fr ή/ και 8mm/24Fr παρέχοντας τη δυνατότητα επανατοποθέτησης.

Το σετ να αποτελείται από:

- 5 ενδοπροσθέσεις από Nitinol stent Carina-Y με διάμετρο τμήματος τραχείας 16-18 και 20mm x μήκος 40 - 45 και 50mm, αντιστοίχως και διάμετρο τμήματος βρόγχου 12 και 14mm x μήκος 20 (5)/ 30mm και 15 (5)/30mm.
- 10 συρμάτινους οδηγούς για την προώθηση των ενδοπροσθέσεων σε οποιαδήποτε διάσταση ή/και τύπο από τα κατωτέρω:

A. Classic Guide Wire 0,035 inches με ολικό μήκος 260cm και ευθύ ακτινοσκοιό άκρο 50mm

B. Eco Guide Wire 0,025 - 0,035 inches με ολικό μήκος 260cm και ευθύ ή J-form ακτινοσκοιό/υδρόφιλο άκρο 60mm.