



ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική

Δ/ντής: Εμμανουήλ Χρυσός

Καθηγητής Χειρουργικής



Α.Τ. 252

Παν/κό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Βούτες - Ηρακλείου 70 013

Τηλ.: 2810392380
Fax : 2810392677
E-mail: chrysose@uoc.gr

Ηράκλειο 21/05/2025

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τα προμηθευτείτε με εξωσυμβατικό αίτημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
329498	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος ανοικτής επέμβασης κήλης, στείλεου 5mm και μήκους 18 εκ. Φέρει 20 απορροφήσιμα κλιπ ολικού ύψους 5,1mm, ωφέλιμου ύψους 4,1mm από PGLA σε σχήμα βίδας με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια.	30
277058	Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες μεγέθους 25mm. Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς ορθογώνιας διατομής με ανισοϋψή κλιπ, που διαθέτουν τη μέγιστη αντοχή σε λυγισμό. (να κατατεθούν σχετικές μελέτες) Να τοποθετεί τρεις αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής ύψους αντίστοιχα (3mm, 3.5mm, 4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm, 4.5mm, 5mm) για πολύ παχείς ιστούς.	5

Επιπρόσθετα, για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης και διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

- Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.
- Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.
- Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.
- Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Με εκτίμηση

Ε. Χρυσός