

Σύστημα αιμοπροσρόφησης για ηπατική ανεπάρκεια.
(φίλτρο ρητίνης + συνδετικές γραμμές)

- Η ρητίνη να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking.
- Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής που να πιστοποιεί ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι secondary cross linking.
- Να είναι εξειδικευμένο ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της ηπατικής ανεπάρκειας
- Παρακαλώ να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με την βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια του set αιμοπροσρόφησης
- Να αποσταλεί σχετικό prospectus
- Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία
- Να επιτυγχάνει σημαντική μείωση μεσολαβητών φλεγμονής καθώς και αμμωνίας, μερκαπτάνης και αρωματικών αμινοξέων.

Κωνσταντίνος Στυλιανού
Νεφρολόγος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής
Πα.Γ.Ν.Η.
Α.Μ.: 84990 - Α.Μ.Κ.Α.: 071269 00450

Σύστημα Αιμοπροσρόφησης HA230 για δηλητηριάσεις

- Η ρητίνη να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking.
- Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής που να πιστοποιεί ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι secondary cross linking.
- Να είναι εξειδικευμένο ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων
- Να συνοδεύεται από ειδικό kit γραμμών ώστε να διαφυλάσσεται με απόλυτο τρόπο η ασφάλεια του κλειστού κυκλώματος κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης του φίλτρου αιμοπροσρόφησης.
- Παρακαλώ να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με την βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια του set αιμοπροσρόφησης
- Να αποσταλεί σχετικό prospectus
- Να είναι αποστειρωμένα με γ' ακτινοβολία
- Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά δηλητηριάσεις που προέρχονται από:
- Φυτοφάρμακα και Παρασιτοκτόνα
- Ποντικοφάρμακα
- Βιοτοξίνες
- Βιομηχανικά παράγωγα
- Υπερβολική δόση φαρμακευτικών ουσιών

Κωνσταντίνος Στυλιανού
Νεφρολόγος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής
Πα.Γ.Ν.Η.
Α.Μ.: 84920 Α.Μ.Κ.Α.: 071269 00450