

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ

ΚΩΔ.53055 - 53056 - 53058

Οι Ρινικοί Αεραγωγοί πρέπει :

- α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό PVC, για να ανταποκρίνεται στην ανατομία της ρινοφαρυγγικής περιοχής.
- β) Το υλικό να μην κάμπτεται (kinking), για να εξασφαλίζει πλήρη αεραγωγό.
- γ) Να έχει κυκλικό σκληρό πτερύγιο για πιο ασφαλή στήριξη έτσι ώστε μην μπορεί να αναρροφηθεί από τον ασθενή.
- δ) Να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή δηλ. να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα.
- ε) Να είναι μίας χρήσεως, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνσης.
- στ) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός.

LATEX FREE

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**