

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔ. 67269

ΑΠΟΦΑΣΗ 628/9-6-2022

Η συσκευή να διαθέτει δυο ανθεκτικά διατρητικά ρύγχη με κάλυμμα, χωρίς αεραγωγό, σε διάταξη Υ.

Να διαθέτει δευτερεύουσα θύρα χορήγησης με σύνδεσμο μικροβιολογικά κλειστής διαδρομής υγρών.

Να διαθέτει ενσωματωμένη αεροπαγίδα δέσμευσης φυσαλίδων αέρα έως 1 ml.

Το τελικό άκρο σωλήνα να καταλήγει σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luer lock για ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα και να διαθέτει πώμα αεραγωγό φίλτρο που να διευκολύνει την εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεων της.

Συνολικό μήκος 280cm (+/- 2cm).

Όγκος εξαέρωσης 50ml (+/- 1ml). με συνοδό εξοπλισμό αντλίες