

Προδιαγραφές

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

52263 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΕΛ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο 22 ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΟΝΤΕΣ

Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης μιας χρήσης, , διάφανες στη δακτυλολαβή Νο 22 με οδηγό. Η βελόνα πρέπει να είναι από υλικό υψηλής ποιότητας με μεγάλη ευχέρεια στη μετακίνηση του στυλεού, μήκους 40 mm (1.5inch) και 65mm (2.5inc). Το τέλος της βελόνης να είναι τύπου Quincke (με λοξότμηση)

Για τους λοιπούς κωδικούς η περιγραφή των προϊόντων είναι και οι προδιαγραφές τους

Με εκτίμηση

Όλγα Βραχνάκη

Προϊσταμένη Παιδιατρικής Κλινικής

ΒΕΛ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο 22 ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης μιας χρήσης, μακριές, διάφανες στη δακτυλολαβή Νο 25 με οδηγό. Η βελόνα πρέπει να είναι από υλικό υψηλής ποιότητας με μεγάλη ευχέρεια στη μετακίνηση του στυλεού, μήκους 90 mm και δακτυλολαβή πλαστική, εύχρηστη, υψηλής διαφάνειας. Το τέλος της βελόνης να είναι τύπου Quincke (με λοξότμηση)

ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΓΑΔΗ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑ.Γ.Ν.Η.