

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

ΚΩΔ.67283: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ Ι5 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:

ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ,PVC FREE ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΡΟΗΣ,ΑΚΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΚΟ - ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ,ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ,ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ LUER LOCK,ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ LL/M.

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ.