

## Προδιαγραφές Υλικών εν τω βάθη εγκεφαλικής διέγερσης (DBS)

- Διεγέρτης με δυνατότητα BRAINSENSE ΚΑΙ MRI SAFE 1.5 & 3.0T
- Προγραμματιστής με συσκευή επικοινωνίας
- Ηλεκτρόδιο τεσσάρων πόλων σε μήκη 28 CM & 40 cm
- Προέκταση σύνδεσης σε μήκη 40,60 & 95 CM
- Ηλεκτρόδιο καταγραφής με 10MM offset TIP
- Τα υλικά πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή προκειμένου να είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους. Επομένως η προμήθεια θα πρέπει να κατοχυρωθεί ως σύνολο και όχι ως επιμέρους υλικά.

~~Δημήτριος Α. Καραηπέτσος~~  
~~Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Πα.Γ.Ν.Η~~  
~~ΑΝΚΑ: 1008700251 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 82128~~  
~~ΤΗΛ.: 2810 392385 - 6944 905533~~