

ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS
ΚΩΔΙΚΟΣ: 287057

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως διαμέτρου 2.6mm για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε πλήρως επικαλυμένο καθετήρα μήκους 230cm συμβατά με κανάλι εργασίας 2.8mm και 3.2mm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων 11mm με γωνία 90 και 135 μοιρών. Να έχουν δυνατότητα περιστροφής, καθώς και δυνατότητα πολλαπλών ανοιγμάτων πριν από την τελική απελευθέρωση τους. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο. Να έχουν ειδικό σύστημα για την αφαίρεσή τους με ασφάλεια μετά την τελική απελευθέρωσή τους στον βλεννογόνο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΠΟΥΤΡΟΥΚΙΔΗΣ
Γ.Ε.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΜΕΓΑΛΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ: 291544

Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως διαμετρου 2.6mm για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε πλήρως επικαλυμένο καθετήρα μήκους 230cm συμβατά με κανάλι εργασίας 2.8mm και 3.2mm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων 16mm με γωνία 90 και 135 μοιρών. Να έχουν δυνατότητα περιστροφής, καθώς και δυνατότητα πολλαπλών ανοιγμάτων πριν από την τελική απελευθέρωση τους. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο. Να έχουν ειδικό σύστημα για την αφαίρεσή τους με ασφάλεια μετά την τελική απελευθέρωσή τους στον βλεννογόνο. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΛΗΣ
Γ.Λ.Π. ΚΑΘΗΜΕΡΙΗΣ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ