

**Καθετήρες αιμοκάθαρσης αντιμικροβιακοί τριών αυλών με ευθέα
άκρα**

ΚΩΔ.:49602

Να είναι από πολυουρεθάνη με μοριακά ενοποιημένα ιόντα αργύρου (τεχνολογία AgION), τα οποία να εκπέμπονται βραδέως, εξωτερικά και εσωτερικά για αποφυγή biofilm, αντί να είναι επικαλυμμένοι μόνο εξωτερικά.

Να διατηρούν την αντιμικροβιακή τους δράση για 30 ημέρες πλήρως, η αντίσταση σε μικρόβια και μύκητες να είναι >99,9%.

Να είναι 12Fr μήκους 20cm, με αυλούς 16,12 και 11G και με ροές 50,220 και 290ml/min ανά αυλό αντίστοιχα και μήκους 15cm με αυλούς 16,12 και 11G και με ροές 55,250 και 320ml/min ανά αυλό αντίστοιχα.

Να προσφερθούν σε σετ Seldinger που να περιέχει: βελόνα εισαγωγής, συρμάτινο οδηγό 60cm, δύο διαστολείς 8Fr και 12Fr, δύο πώματα, νυστέρι.

Να είναι ακτινοσκοπικοί και βαθμονομημένοι ανά εκατοστό.

Το σώμα του καθετήρα να προστατεύεται από ειδικό περίβλημα φωτοπροστασίας σε blister συσκευασία.

Να είναι Latex και DEHP Free μ.χ. αποστειρωμένοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΑΧΑΡΗΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΥ
ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 75659
ΑΜΚΑ: 21126600259

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3ΠΛΟΥ
ΑΥΛΟΥ
ΚΩΔ. 281973**

Σετ αντιμικροβιακού κεντρικού φλεβικού καθετήρα τριπλού αυλού 7 Fr από πολυουρεθάνη, με εμποτισμό ενός αντισηπτικού και ενός αντιμικροβιακού παράγοντα (χλωρεξιδίνη - αργυρική σουλφαδιαζίνη) σε όλο το μήκος του καθετήρα, για τη δράση των οποίων να υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών (πάνω από 40).

Ο καθετήρας να είναι διαθέσιμος σε μήκος 30cm, να διαθέτει ατραυματικό άκρο και να περιέχονται στο σετ, πέραν του καθετήρα, σύριγγα ασφαλείας τύπου Raulerson (για να μειώνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος απώλειας του σημείου παρακέντησης, για να προφυλάσσεται ο ασθενής από εμβολή αέρα και απώλεια αίματος), οδηγό σύρμα, διαστολέα, βελόνα παρακέντησης 18Ga, στηρικτικά για τον καθετήρα.

Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία, Latex-free.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΖΑΧΑΡΗΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΣ ΕΞΥ
ΠΑΤ. ΜΗΤ. - Α.Μ. (ΣΑΥ. 75659
ΑΠΚΑ. 2112/600259