



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Κ.Α.Ε	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛ.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (ΩΡΛ)	16/7/2025		

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

A17.362

Παρακαλούμε για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του τμήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ
277181	ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 mm, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΥ 20-22 mm	
	ΚΑΙ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΚΡΟΥ 40 ΜΟΙΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ (LIGASURE EXACT DISSECTOR)	ΤΡΙΑΝΤΑ-ΕΝΝΕΑ (39)
	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ		37.000,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ :	ΤΙΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΑΠΟΘΕΜΑ
3 ΜΗΝΕΣ	10-12 ΤΕΜΑΧΙΑ	

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ :

ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

Η ΛΑΒΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ, Η ΠΑΡΩΤΙΔΕΚΤΟΜΗ, Η ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ, Ο ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ	ΠΑΓΙΟ	ΝΑΙ	ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ	ΌΧΙ	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	ΝΑΙ	ΌΧΙ
☒	☐		☒		☐		☒

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Ο ΑΙΤΩΝ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
---------	-----------------------

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
1	1
2	2
2	3
4	4
5	5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ (LIGASURE EXACT DISSECTOR, NANO-COATED)

1. Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7mm, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης και τεχνολογία αντίληψης ιστού ώστε να αποφεύγεται η απανθράκωση των παρακείμενων ιστών.

2. Να είναι ενεργοποιούμενη από τη χειρολαβή η οποία να κλειδώνει και να έχει ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής κοπής για να υπάρχει επιλογή απολίνωσης ή και κοπής.

3. Να διαθέτει ενεργά άκρα, μήκους 20-22mm περίπου και κυρτότητα άκρων 40 μοιρών περίπου.

4. Να διαθέτει ενεργά άκρα επικαλυμμένα με νανοϋλικό, ώστε να είναι αντικολλητικά.

5. Να διαθέτει ενεργά άκρα με επίστρωση από κεραμικό υλικό, ώστε οι θερμικές βλάβες στους γύρω ιστούς να είναι σημαντικά μικρότερες

Επιπρόσθετα, ο προμηθευτής οφείλει:

Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο μειοδότης οφείλει να παρέχει στο Νοσοκομείο γεννήτρια-συνοδό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που λαμβάνει 20.000 εντολές ανά δευτερόλεπτο, γεγονός που καθιστά το μηχάνημα πολύ ταχύτερο σε σχέση με τα αντίστοιχα μηχανήματα παλαιότερης γενιάς.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Τα παραπάνω υλικά δεν απαντούν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

Τιμή 765 € χωρίς ΦΠΑ