



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΕΝ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΗΛ. 2813402320

195
ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ

Σετ τεσσάρων νεογνικών ηλεκτροδίων μιας χρήσης για μέτρηση καρδιακής παροχής

1. Να αποτελείται από τέσσερα νεογνικά προ καλωδιωμένα ηλεκτρόδια
2. Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση
3. Να είναι κατάλληλα για μέτρηση καρδιακής παροχής σε νεογνά και να πιστοποιείται εγγράφως με βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο των ηλεκτροδίων.
4. Να είναι μη επεμβατικά
5. Να είναι Latex Free
6. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία
7. Να φέρει σήμανση CE με αναγραφή στη συσκευασία
8. Να παραδίδεται μηχανήμα σε μορφή συνοδού εξοπλισμού
9. Το μηχανήμα να είναι φορητό, μικρού βάρους και διαστάσεων
10. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με tablet
11. Να μετράει απαραίτητως τις παρακάτω παραμέτρους: SV/SI Stroke Volume/Stroke Index, HR Heart Rate, CO/CI Cardiac Output/Cardiac Index, SVR/SVRI Systemic Vascular Resistance/ SVR -Index,
12. ICON Index of Contractility ή αντίστοιχο, STR Systolic Time Ratio (PEP/LVET) CPI Cardiac Performance Index, Thoracic Fluid Content, SVV Stroke volume Variation, FTC Corrected Flow Time
13. Το μηχανήμα να είναι πιστοποιημένο για λειτουργία σε νεογνά
14. Να αναφερθεί η σχετική βιβλιογραφία.

α/α

Δήμητρα Βάσσου