

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Β. ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ

1. Μεταλλικοί, ανοξείδωτοι σκαρφιστήρες να τηρούν προδιαγραφές CE.
2. Σκαρφιστήρες αυτόματοι αποστειρωμένοι , με ακίδα από ανοξείδωτο ατσάλι , μιας χρήσης.
3. Η ακίδα να εκτοξεύεται γρήγορα με την απλή επαφή του δέρματος για ανώδυνο τρύπημα και να επανέρχεται αυτόματα στο εσωτερικό του συστήματος , αμέσως μετά το τρύπημα για αποφυγή τραυματισμών και ασφαλή απόρριψη από τους χρήστες.
4. Να έχουν σταθερό βάθος εκτόξευσης 1,8mm x 21G και 2,00mm x 21G σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή διάμετρο ακίδας/βελόνας παρέχοντας την δυνατότητα εξειδικευμένης επιλογής/χρήσης τύπου σκαρφιστήρα για κατηγορίες ασθενών.
5. Να φέρουν χρωματικό κώδικα ενδεικτικό του βάθους εκτόξευσης της ακίδας και εργονομικό σχεδιασμό για σταθερή εφαρμογή.