

A17.387

KOD 52767

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΑΒΙΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ YASARGIL, ΣΕ ΣΧΗΜΑ BAYONET, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 8", 9" ΚΑΙ ΑΚΡΟ 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΛΛΕΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

KOD 198676

- ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ 3m ΜΗΚΟΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ 4mm ΤΥΠΟΥ "ΜΠΑΝΑΝΑ"
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ "USA 2-Pin"

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ -ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΜΗΣ ΚΑΙ 0,6 ΜΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTOSTOP-AUTOSTART ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ.
- Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
- ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (INTERVAL) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (RF TIME), ΑΠΟ 10mSEC ΕΩΣ 30 SEC.

ΔΡΑΣΤΗΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Π.Ο.Γ.Ν.Η.
ΑΜΚΟ: 1306070024 - ΑΔ. ΤΕΛΗ: 02123
ΤΗΛ.: 210 392385 - 6944 905523