

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A17. 42G

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΩΔ. 291594

Να είναι από PVC ή σιλικόνη, να έχει την δυνατότητα διαδερμικής τοποθέτησης. Να έχει διάμετρο 17 - 23Fr, μήκος ως 45cm, επιμηκυμένο σώμα με σπείρωμα. Να συνοδεύεται από σετ εισαγωγής με διαστολείς οδηγό σύρμα τοποθέτησης. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 με luer lock.

- 2 τμχ 19Fr
- 5 τμχ 21Fr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 329657X / ΠΑΚΑ: 23066700650

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΩΔ. 282134

Να είναι από PVC ή σιλικόνη, να έχουν κυρτό άκρο 90°, με σπείραμα και μήκος ως 25cm. Απαραίτητη η ύπαρξη πτερυγίων στήριξης. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 καθώς και luerlock. Να παρέχεται στο μέγεθος 24Fr.

TEM:40

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑ.Γ.Ν.Α.
Ι.Π. ΤΣΑΛΑΝΑ - ΤΕΛΕΦΩΝΟ: 28066700660

Θα πρέπει να διατίθεται με πλήρες κύκλωμα σύνδεσης για την απ' ευθείας σύνδεση στο κύκλωμα εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Να συνδυάζει υψηλές τιμές διήθησης με γρήγορους χρόνους εκκίνησης λειτουργίας.

Να μην προκαλεί αιμόλυση.

Πρέπει να απαιτεί κατά το δυνατόν μικρή ποσότητα prime (<60 ml) και συνολική επιφάνεια μεμβράνης τουλάχιστον 1m².

Ο εξαερισμός του θα πρέπει να είναι εύκολος και γρήγορος.

TEM: 50

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΙΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Π.Γ.Ν.Η.
...Μ. ΤΣΑΥ ...ΤΗΛ: 28066700650