

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	291623	Εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης ασφαλή για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 3 T, με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 έτη και ανυσμα ανιχνεύσης τουλάχιστον 70mm.
2	48150	Να έχει λεπτό σκελετό με κράμα L605 Co-Cr και Επικάλυψη με πλήρως βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές D,L-PLLA Φαρμακευτική ουσία Rapamycin (Sirolimus) Ειδικά σχεδιασμένη ενδοαυλική επικάλυψη φαρμακευτικής ουσίας, με πάνω από 80% του stent να είναι μη επικαλυμμένο (In-grass endothelial coating) για στοχευμένη απελευθέρωση διαμέσου κελιών, με τη μικρότερη δυνατή δοσολογία φαρμάκου. Προφίλ εισαγωγής : 0,0165"
3	48148	Μεταλλική ενδοπρόθεση χρωμίου κοβαλτίου με sirolimus και probucol, χωρίς πολυμερές. Με το μικρότερο πάχος δοκίδων 55μm και 65μm. Με αυξημένη ακτινοσκιερότητα και ακτινική σταθερότητα. Με μεγέθη διαμέτρου από 2.00mm έως 4.00mm και μήκος από 9mm έως 38mm.
4	292735	Καθετήρας μπαλόνι επικαλυμμένο με φάρμακο SIROLIMUS και BHT (Butylated HydroxyToluol) με το οποίο επιτυγχάνεται η επιθυμητή κρυσταλλική μορφή του sirolimus για την βραδιά απελευθέρωσή του. Με μειωμένη διάρκεια αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ένα μήνα. Με δόση φαρμάκου 4μg/mm ² . Ειδικό για επαναστενώσεις, de novo βλάβες μικρών αγγείων και διαχωρισμούς. Διατίθεται σε διαμέτρους 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, και 4.0 mm και σε μήκη 10, 15, 20, 25, 30 mm
5		
6		

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΙΤΗΣ, Μ.D., Ph.D., FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γραφείο
ΑΜΚΑ: 09076702148 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 91668