

**Προδιαγραφές για Εξάρτημα Αυτόματης Διαχείρισης
Υπερδιηθήματος**

ΚΩΔ.324758

Εξάρτημα αυτόματης διαχείρισης υπερδιηθήματος (Α.Υ) που να περιλαμβάνει σάκο υπερδιηθήματος, συνδετικές γραμμές και γραμμή 6,7 μέτρων για την αυτόματη απομάκρυνση όλων των αποβαλλόμενων υγρών απ' ευθείας στην αποχέτευση του νοσοκομείου.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 6 ημέρες χωρίς αλλαγή.

Να είναι συμβατό με τα μηχανήματα νεφρικής υποκατάστασης της μονάδας.

Συσκευασία 8 τεμαχίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΦ
Πα.Γ.Ν.Η.