

Ιατρική Υπηρεσία
Φαρμακευτικό Τμήμα
ΚΜΔΚΦ

Προδιαγραφές

Σύριγγα με βιδωτό Luer Lock άκρο από πολυπροπυλένιο. Να υπάρχει ευκρινής διαγράμμιση με διαφανές περίβλημα. Να παρέχει στεγανότητα και ευκολία στη μετακίνηση του εμβόλου. Να είναι μίας χρήσεως, αποστειρωμένη, μη τοξική, ελεύθερη πυρετογόνων σε ατομική συσκευασία. Να είναι LATEX free και DEHP free. Να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται σε μεγέθη 60ml, 20ML

Προπαρασκευαστικό πεδίο χημειοθεραπείας

Προπαρασκευαστικό πεδίο χημειοθεραπείας περίπου 50cm x 50cm, αποστειρωμένο. Για την επικάλυψη του πάγκου προετοιμασίας και διάλυσης κυτταροστατικών φαρμακευτικών διαλυμάτων ώστε να διατηρεί την επιφάνεια εργασίας στέγνη, ασφαλή και καθαρή. Να φέρει δομή τριών διαδοχικών στρωμάτων: 1. Καθαρής επιφάνειας εργασίας, 2. Απορροφητικότητας και συγκράτησης υγρών και 3. Βάσης μη διαπερατής σε υγρά. Να διαθέτει σήμανση CE.

Πώματα συριγγών luer lock

Να έχουν άκρα σύνδεσης Luer Lock αρσενικό και θηλυκό για την ασφαλή μεταφορά συριγγών με Luer Lock άκρο. Να είναι ατομικά συσκευασμένα και αποστειρωμένα, κατασκευασμένα από υλικό PE (Polyethylene), με μήκος περίπου 15-20mm. Να φέρουν σήμανση CE.

ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΑ.Σ.Ν.Η.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ