



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Α.Γ.Ν.Η - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Νευρολογίας Παναγιώτης Μήτσιας

A17. 467

Προς: Γρ. Προμηθειών
Κοινοποίηση: Χειρουργείο

Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙ
Ηράκλειο: .
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ

Μέλη ΔΕΠ

Ιατροί ΕΣΥ

Ανδρέας Γιαννόπουλος
Διευθυντής ΕΣΥ

Δημήτρης Καραμπέτσας
Διευθυντής ΕΣΥ

Νίκος Χαχλιδάκης
Επιμελητής Α'

Κατίνα Μανωλίση
Επικουρική Επιμελήτρια

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Χρήστος Τσιτσιλάνης

Θανάσης Μπουντουτσίδης

Σοφία Λαζαριάτη

Κων/νος Ντότσικας

Προϊσταμένη Κλινικής
Κυριακή Ζερβάκη

Υπεύθυνη Κλινικής
Άννα Σκαμάγκα

Νοσηλευτική Στέση
Τηλ.: 2813 40 2305

Ραντεβού Εξωτερικών Ια-
τρείων
Τηλ.: 2810 542 107, -8,-9

www.pagnl.gr

e-mail:
neurosurgery@pagnl.gr

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές για Φρέζες κρανιοανάτρησης

Κωδ. Νοσοκομείου: 287294 ΦΡΕΖΑ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ

Φρέζα κρανιοανάτρησης σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσεως που να προσφέρει μεγάλη σταθερότητα κοπής και ελάχιστο κίνδυνο της ακούσιας κοπής της μήνιγγας κατά τη διαδικασία της κρανιοανάτρησης (να διαθέτουν συνδετικό Hudson chuck οι οποίες να σταματούν αυτόματα όταν φτάσουν στην μήνιγγα).

Για τους κρανιοτόμους ANSPACH που διαθέτει το Νοσοκομείο μας) PERFORATOR 11-14-S 11-14mm

Δείγμα απαραίτητο

Μεγ. Τμήμα
Διευθυντής Δ. Καραμπέτσας
Νεφροχειρουργός
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. Π.Α.Γ.Ν.Η
ΑΜΚΑ: 15066700251 - Α.Μ. ΤΕΛΟΥ: 62129
ΤΗΛ.: 2810 392385 - 6944 905533