

2025 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Αριθμός αίτησης: 215

Ημερομηνία αίτησης: 12/09/2025

- Για τον κωδικό **258635**, το σπρέι ψεκασμού είναι σε φιαλίδιο 200 ml, σε θερμοκρασία -50 °C. Να εξατμίζεται αμέσως χωρίς υπολείμματα, με σωλήνα για στοχευμένη εφαρμογή, χωρίς CFC (χλωροφθοράνθρακες). Με ευχάριστη γεύση – μη τοξικό.
- Για τον κωδικό **258610**, υαλοιονομερές εμφρακτικό για μόνιμη αποκατάσταση οπισθίων δοντιών. Να είναι τύπου KETAC MOLAR, επειδή υπάρχει στο νοσοκομείο η συσκευή θραύσης της αμπούλας και ο προωθητής της συγκεκριμένης εταιρείας.
- Για τον κωδικό **264231**, το υλικό είναι σε κυτία των 100 τεμαχίων και θέλουμε 5 κυτία νούμερο 2.
- Για τον κωδικό **53191**, οι προδιαγραφές είναι η περιγραφή του υλικού.
- Για τον κωδικό **64719**, θέλουμε τολύπια βάμβακος νούμερο 1 (1000 τεμάχια) ή αντίστοιχο αριθμό κυτίων 300 γραμμαρίων, που να αντιστοιχούν στα παραπάνω 1000 τεμάχια τολυπίων βάμβακος νούμερο 1. Επιπλέον, 1000 τεμάχια νούμερο 2 ή αντίστοιχο αριθμό κυτίων 300 γραμμαρίων, που να αντιστοιχούν στα παραπάνω 1000 τεμάχια τολυπίων βάμβακος νούμερο 2.
- Για τον κωδικό **282491**, οι προδιαγραφές είναι η περιγραφή του υλικού.
- Για τον κωδικό **20567**, τα μπλοκ ανάμειξης να είναι 1 τεμάχιο (5 εκ. x 5 εκ.) και 1 τεμάχιο (8 εκ. x 8 εκ. ή πλησιέστερων διαστάσεων).
- Για τον κωδικό **21926**, να σταλεί προσπέκτους.
- Για τον κωδικό **67749**, θέλουμε φρέζες στρογγυλές carbide για γωνιαή χειρολαβή micromotor μήκους 22 mm σε συσκευασία των 5 τεμαχίων και διαμέτρων:
 - 1.8 mm (40 τεμάχια, δηλαδή 8 κυτία),
 - 1.6 mm (40 τεμάχια, δηλαδή 8 κυτία),
 - 0.6 mm (10 τεμάχια, δηλαδή 2 κυτία)
- Για τον κωδικό **67750**, θέλουμε φρέζες αερότορ carbide νούμερο 330 (τεμάχια 24, δηλαδή 4 κυτία).
- Για τον κωδικό **343429**, θέλουμε σετ τεχνητών τοιχωμάτων του συστήματος Garrison (που υπάρχει στο νοσοκομείο), ως αναφέρονται παρακάτω:
 - Premolar FX100 (τεμάχια 100, δηλαδή 1 σετ),
 - Premolar FX150 (τεμάχια 100 – σε όσα σετ αντιστοιχούν),
 - Tall Molar FX200 (τεμάχια 100, δηλαδή 1 σετ)


ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Α.Π.Σ. 60591 - ΑΜΚΑ: 03046004424