

417.489

Προς Προϊσταμένη Χειρουργείου

Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προμηθευτείτε το παρακάτω είδος με εξωσυμβατικό αίτημα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟ ΜΕΙΟΥ	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50627	Καθετήρας Παροχέτευσης Θώρακος 24Fr	20
50627	Καθετήρας Παροχέτευσης Θώρακος 28Fr	60

Καθετήρας παροχέτευσης θώρακα κατασκευασμένος από σιλικόνη με εξωτερικά αυλάκια για την παροχέτευση των υγρών και εσωτερικό αυλό μεγάλης διαμέτρου για παροχέτευση των υγρών και του αέρα και επιπρόσθετες οπές κατά μήκος. Ο καθετήρας θα πρέπει να φέρει ακτινοσκοπική γραμμή και να είναι κατάλληλος τόσο για θωρακοχειρουργικές όσο και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις επιτυγχάνοντας την ταυτόχρονη παροχέτευση τόσο του αέρα όσο και των υγρών. Να διατίθεται σε διαμέτρους 24 και 28Fr.

Επιπρόσθετα, για να είναι ελεγχόμενη η διαδικασία αποθήκευσης και διανομής και να ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή στα προμηθευόμενα είδη, αλλά και για να υπάρχει εξασφαλισμένη ενημέρωση του Νοσοκομείου που προφυλάσσει τον ασθενή σε περίπτωση ανάκλησης θεωρούμαι απαραίτητο ότι ο προμηθευτής οφείλει:

Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Δ) Να παρέχει οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΠΑΤΗΤΗ - ΑΝΚΑΙ 13/07/2010 - ΤΡΑΤΙ 02102

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής
Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης