

Α. 530

Κε. 52767

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΛΑΒΙΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ YASARGIL, ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΑΥΟΝΕΤ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 7,8", 9" ΚΑΙ ΑΚΡΟ 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

Κε. 198676

- ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ 3m ΜΗΚΟΥΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ 4mm ΤΥΠΟΥ "ΜΠΑΝΑΝΑ"
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ "USA 2-Pin"

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4 MHz ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTOSTOP-AUTOSTART ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ.
- Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
- ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (INTERVAL) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ (RF TIME), ΑΠΟ 10mSEC ΕΩΣ 30 SEC.

ΔΡΟΜΟΣ Α. ΚΑΡΑΧΑΝΙΩΤΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. Ν. ΠΑΓ. Η. Η.
ΑΜΚΑ: 1313370021 - ΔΙΑ. ΤΕΛΑ: 32120
ΤΗΛ: 2810 312333 - 3744 905373