

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔ. 286128

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 628/9-6-2022

Η κασέτα της συσκευής να έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει δυο διαφορετικά διαλύματα/φάρμακα ταυτόχρονα η διακεκομμένα σε διαφορετικές ταχύτητες ροής και να φέρει σύστημα προστασίας ελεύθερης ροής.

Η δευτερεύουσα χορήγηση να μπορεί να πραγματοποιηθεί από περιέκτη ή σύριγγα.

Η συσκευή να έχει ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος και αεραγωγό φίλτρο 3μ με πώμα, κατάλληλο και για περιέκτες γυάλινους ή πλαστικούς.

Διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο (1ml = 20 σταγόνες).

Στο κάτω άκρο του να υπάρχει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15μ. ολισθαίνον κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής .

Πλάγια διακλάδωση τύπου "Y" για επείγουσες χορηγήσεις .

Ο σωλήνας να καταλήγει σε σύνδεση luer lock για ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα.

Το τελικό άκρο του σωλήνα να φέρει πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο 3μ που διευκολύνει την εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεων της.

Συνολικό μήκος της συσκευής 272 εκ. περίπου. ΜΧ, αποστειρωμένη.