

# ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                          | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58021   | ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ<br>VAC-ATS                                                                           | Να έχει μεγάλη χωρητικότητα, περίπου 1100 ml. Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 334484  | ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ PU<br>(ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) - ΜΕΓΑΛΟ<br>(LARGE) VAC ATS PU - FOAM<br>DRESSING KIT (26X15X3,3)<br>(ΑΡΓΥΡΟΥ) | <u>Σετ σπόγγου Αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης)</u> συστήματος αρνητικής πίεσης large 26 x 15 x 3,3cm: να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 133260  | ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ PU<br>(ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) - ΜΕΣΑΙΟ<br>(MEDIUM) VAC ATS PU<br>(18X12,5X3,3)                               | <u>Σετ σπόγγου Αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης)</u> συστήματος αρνητικής πίεσης medium 18 x 12,5 x 3,3cm: να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 231105  | ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ<br>SMALL<br>(10X7,5X3,3)                                                               | <u>Σετ σπόγγου Αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης)</u> συστήματος αρνητικής πίεσης small 10X7,5X3,3cm: να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑ<br>ΑΣΘΕΝΗ<br>(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ)                                                       | Χορηγείται ΔΩΡΕΑΝ και πρέπει να είναι συμβατή με τα παραπάνω υλικά.<br><br>Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης της ροής της πίεσης, ελέγχου πίεσης στον πυθμένα του τραύματος, 3 μορφών λειτουργίας: συνεχόμενη, διαλείτουσα, εναλλασσόμενη ρύθμιση της ροής της πίεσης, επιλογής ανάμεσα σε δυνατότητα ηχητικών και οπτικών συναγερμών με διαφορετική χρωματική ένδειξη. Να είναι ελαφριά με βάρος έως 800 γρ και φορητή για δυνατότητα μεταφοράς κατά τη χρήση από περπατητικούς ασθενείς. Λειτουργικό αντλίας στα ελληνικά με εύκολη πλοήγηση και δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της αντλίας. Δυνατότητα για μεγάλη ανεξαρτησία στην λειτουργία της αντλίας από 12 έως 24 ώρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να έχει φίλτρο στην αντλία για αποφυγή εισροής εξιδρώματος. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και τοποθέτησης στο κρεβάτι και να φέρει CE MARK. |
|         | ΣΗΜΕΙΩΣΗ:                                                                                                          | Όλα τα επιμέρους τμήματα των παραπάνω σετ να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία, η οποία να φέρει σήμανση με τη εμπορική επωνυμία, διεύθυνση κατασκευαστών, εμπορική ονομασία - περιγραφή προϊόντος, κωδικό πακέτας, ένδειξη οριακής ημερομηνίας χρήσης, σύμφωνα με ΦΕΚ αρ.φύλλου 2198, 2/10/2009, αρ ΔΥ86/Γ.Π. οικ.130648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣ)