

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 281793**

Βρόχος πολυπεκτομής μιας χρήσης κατάλληλος για ψυχρή κοπή πολύποδα χωρίς υποδοχή για διαθερμία, σε σχήμα ασπίδας. Να διαθέτει τεχνολογία συμπαγούς σύρματος κοπής Compact Wire (CWT) με διάμετρο σύρματος κοπής 0.29mm σε οβάλ διατομή για ευκολότερο περιβροχισμό επιπέδων πολυπόδων και ελάχιστη αποκόλληση ιστού. Να διαθέτει επικαλυμμένο μεταλλικό σπирάλ καθετήρα για ευκολότερο χειρισμό και καθαρή κοπή. Να διατίθεται σε ανοίγματα 7 και 12mm. Να μην περιέχει latex και PVC για την πρόληψη αλλεργιών. Να είναι προσαρμοσμένος σε καθετήρα μήκους 220cm κατάλληλο για κανάλι εργασίας τουλάχιστον 2,8mm. Να συμμορφώνεται με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών της ESGE για EMR. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΗΝΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΗΝΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΒΡΟΓΧΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ
ΑΠΛΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 324000

Βρόχος πολυπεκτομής μιας χρήσης κατάλληλος για ψυχρή και θερμή εκτομή πολυπόδων σε σχήμα ασπίδας. Να διαθέτει τεχνολογία συμπαγούς σύρματος κοπής Compact Wire (CWT) με διάμετρο σύρματος κοπής 0.39mm σε οβάλ διατομή για ευκολότερο περιβροχισμό επιπέδων πολυπόδων και ελάχιστη αποκόλληση ιστού. Να διαθέτει επικαλυμμένο σπирάλ καθετήρα για ευκολότερο χειρισμό και καθαρή κοπή. Να διατίθεται σε ανοίγματα 10 , 15, 20 και 30mm. Να είναι προσαρμοσμένος σε καθετήρα μήκους 220cm κατάλληλο για κανάλι εργασίας τουλάχιστον 2,8mm. Να μην περιέχουν latex και PVC για την πρόληψη αλλεργιών. Να υπάρχουν δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για τη χρήση του και να κατατεθούν. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται πλήρως και να αποδεικνύονται με έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΑΜ ΒΟΘΗΤ. ΚΑΜΚΑ 3007/2010/10