

ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩ

231904 κωδ. 10

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΠΥΛΩΡΟΥ-ΦΥΜΑΤΟΣ VATER & ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Μπαλόνι διαστολής πεπτικού μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων. Να διατίθεται με προφορτωμένο ή ενσωματωμένο οδηγό σύρμα. Να είναι κατασκευασμένο από μαλακό, ενισχυμένο υλικό στα τοιχώματα του μπαλονιού και ολισθηρή επικάλυψη. Το μπαλόνι να διαθέτει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες και στρογγυλεμένα άκρα, ώστε να επιτρέπει την ενδοσκοπική και ακτινοσκοπική παρακολούθηση της διαστολής. Να είναι εγκεκριμένο για διαστολή οισοφάγου, πυλωρού, εντέρου και σφιγκτηροπλαστική φύματος Vater διαμέσου ενδοσκοπίου. Να διατίθεται με διάμετρο μπαλονιού 6mm έως 20mm, μήκος μπαλονιού 5,5cm και 8cm, διάμετρο καθετήρα 6 & 7,5Fr και να είναι συμβατό με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να έχει μήκος καθετήρα 180cm και 240cm



ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΝΤΡΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ