

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

<u>A/A</u>	<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</u>
1	286390	Μπαλόνια αγγειοπλαστικής με οδηγό σύρμα OTW 0,035", με ειδικούς markers κάθε 1cm σχεδιασμένους πάνω στον καθετήρα για την ορθή τοποθέτηση του μπαλονιού, μειώνοντας έτσι την ανάγκη πολλαπλών ακτινοσκοπήσεων. Να διαθέτει τεχνολογία με ειδική συμπίεση σημείων (CheckerFlex) για καλύτερη προωθητικότητα και ευελιξία του μπαλονιού στις αρτηρίες. Να διατίθεται σε καθετήρα 75cm και 130cm και σε διαμέτρους από 3mm μέχρι 12mm και μήκος έως 300mm
2	290698	Καθετήρας μπαλόνι διαστολής, με ακρίβεια και ταχύτητα της αορτικής βαλβίδας, OTW 0.035 με μήκος καθετήρα 55cm και 110 cm, μη ενδοτικός. Να διαθέτει ακτινοσκοπικούς δακτυλίους σήμανσης και να είναι κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες για υψηλή αντοχή και αποφυγή ρήξεως του μπαλονιού. Να διατίθενται σε ποικιλία μεγεθών απο 18 mm έως 28mm και μήκος 4.5cm με γρήγορο χρόνο πλήρωσης/αποπλήρωσης <6sec.
3	286698	Ενδοαγγειακό μόσχευμα στεφανιαίων και μικρών αγγείων ,να είναι πλήρως επικαλυμμένο με μονή επίστρωση ePTFE και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου-κοβαλτίου CoCr.. Να παρέχεται σε διαμέτρους 2.5mm έως 5mm και μήκ η από 8mm έως 24mm. Να διέρχεται σε όλες τις διαστάσεις από θηκάρι 5Fr. Να έχει διάρκεια αποστείρωσης τα 3 έτη. Συμβατό με οδηγό σύρμα 0,014".
4	65877	Μπαλόνι χάραξης χαμηλής ενδοτικότητας (non compliant), 3 αναδιπλώσεων, με τεχνολογία επικεντρωμένης δύναμης και σύστημα διπλού σύρματος, το οποίο δημιουργεί εστιακή πίεση για την μορφοποίηση σκληρών ή/και ασβεστωμένων βλαβών στο αγγείο καθώς και για in stentεπαναστενώσεις. Να διαθέτει Rx άκρο με θύρα εξόδου του σύρματος αγγειοπλαστικής στο άκρο του μπαλονιού και επιπλέον σύρμα nitinol με δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες, τοποθετημένο από το άπω άκρο έως το εγγύς άκρο του μπαλονιού. Επίσης να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη για μεγαλύτερη προσπελασιμότητα και υδρόφοβη εσωτερική επικάλυψη για την μείωση των τριβών του σύρματος με τον καθετήρα. Η διάμετρος του μπαλονιού να είναι 2.1F στο εγγύς άκρο και 2.7F στο άπω. Το προφίλ διάσχισης να είναι 0,034". Να είναι συμβατό με σύρμα 0.014", θηκάρι 5F σε μήκη 10,15,20mm και διάμετρο 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 και 4.0mm.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΛΙΑΝΤΗΣ M.D., FESC
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΜΚΑ: 0207533156 - ΑΔΤΑ: 21669