

14

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 1000ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΚΩΔ. 64899**

Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών 500 ml και 1000ml, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα, και με ευκολία καθαρισμού.

**ΔΕΙΜΑ.BARCODE ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ**


ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ**ΚΩΔ: 349312**

Ο αισθητήρας ενηλίκων να είναι μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη με συνδετικό clip ασφαλείας.

Να άγει συνεχές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα μέσω 2 καναλιών. Να δύναται να μετρήσει EMG.

Ο αισθητήρας να είναι LATEX-FREE, PVC -FREE, DEHP-FREE, NITRILE-FREE.

Να δύναται να συνδεθεί με μόνιτορ το οποίο μέσω της οθόνης παρακολούθησης να ενεργοποιούνται φίλτρα για την μείωση μη επιθυμητών πιθανών παρεμβολών του ηλεκτοεγκεφαλογραφήματος.

Να παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία, κατάλληλα εκπαιδευμένο - πιστοποιημένο προσωπικό για την κλινική εφαρμογή του προσφερόμενου υλικού καθώς και για την εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους.

Οι αισθητήρες να συνοδεύονται από μόνιτορ μέτρησης βάθους αναισθησίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
RN, MPH, PhD
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ