

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να είναι ένα μικροσκόπιο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας, σύγχρονης τεχνολογίας και άριστης ευκρίνειας, με LED φωτισμό.

Να διαθέτει:


1. τροχήλατη βάση 4 τροχών, οι δύο εκ των οποίων με φρένο
2. πρόσθιο αποχρωματικό αντικειμενικό φακό 250 lumen
3. πηγή φωτισμού LED
4. ευθεία ελαστικά ευρυγώνια προσοφθάλμια τμήματα διεθνών προδιαγραφών, 12.5x, με προσαρμοζόμενες διόπτρες
5. T-handle
6. χειροκίνητη μικροεστίαση 40mm, προαιρετικά
7. δυνατότητα μεγέθυνσης 3 βημάτων
8. πράσινο φίλτρο
9. αρθρωτό βραχίονα παντογραφικού τύπου δυο τμημάτων, με δυνατότητα ελεύθερης σταθεροποίησης κεφαλής
10. τάση λειτουργίας 110/220V
11. βάρος όχι μεγαλύτερο από 120 kg περίπου

Επίσης:

12. να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χρήσεως (operation manual) στα Ελληνικά και από το service manual στα Ελληνικά/Αγγλικά και να γίνει εγκατάσταση και επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες της συσκευής
13. να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών και service για 10 έτη
14. να διαθέτει κλάση προστασίας I
15. να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια DIN EN ISO 60601-1:2005
16. να διαθέτει προστασία IP 20
17. να διαθέτει πιστοποίηση CE, Classification (EU) 2017/754 I (Rule Annex VIII)

18. να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών
19. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO 13485
20. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα μόνιμο, πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής.
21. Να δοθεί κατάλογος με τις απαιτούμενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς και τιμοκατάλογος των πιθανών αναλώσιμων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την χρονική περίοδο μετά την λήξη της εγγύησης του μηχανήματος.
22. Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, με σχετικές παραπομπές στα εγχειρίδια του μηχανήματος.

7ο ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΕΚΘΕΜΑΙΟ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η
ΑΜΚΑ: 04096808265-Α Μ ΤΣΑΥ 82065

 Σ ΤΡΑΤΑΚΗΣ Γ