

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ

Διαμέτρου 3,4 mm με γωνία όρασης 0 μοιρών και μήκους 320 mm.

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα.
2. Να έχει μικρό βάρος περίπου 200 gr και εργονομική λαβή για να διευκολύνει τον χρήστη κατά την εξέταση.
3. Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα.
4. Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση.
5. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες με συνέπεια την άριστη αγωγιμότητα του φωτισμού στο πεδίο.
6. Η εξωτερική του διάμετρος να είναι 3,4mm περίπου.
7. Να έχει διαθέσιμο μήκος εργασίας 320mm περίπου.
8. Να έχει οπτική γωνία 0 μοιρών .
9. Να έχει βάθος πεδίου 1-50mm περίπου.
10. Να έχει ευρυγώνιο φακό πεδίου 80 μοιρών περίπου.
11. Να έχει δυνατότητα γωνίωσης 130 μοιρών προς τα άνω και 130 μοιρών προς τα κάτω περίπου.
12. Κατά την γωνίωση το διάκενο μεταξύ του άκρου και του κυρίως σώματος της οπτικής να έχει απόσταση 8mm περίπου.
13. Να έχει δυνατότητα εμβάπτισης σε υγρά μέσα αποστείρωσης.
14. Να συνοδεύεται από σύστημα ελέγχου διαρροής.
15. Να συνοδεύεται από θήκη φύλαξης και μεταφοράς καθώς και αντάπτορες για πηγές ψυχρού φωτισμού άλλων εταιρειών.
16. Το όργανο να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.
17. Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) της συσκευής στα Ελληνικά και το Service Manual στα Ελληνικά/Αγγλικά και να γίνει επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες για τη χρήση αυτής.
18. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
19. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 ή ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.
20. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα μόνιμο, πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, εμπειρία, στελέχωση προσωπικού κλπ). Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής.

21. Να καλύπτεται με εγγύηση (2) δύο ετών τουλάχιστον.
22. Να καλύπτεται από ανταλλακτικά και service για (10) δέκα έτη τουλάχιστον.
23. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνάει τις 60 ημέρες.
24. Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, με σχετικές παραπομπές στα εγχειρίδια του οργάνου.

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΓΑΠΗΤΕΡΙΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ
ΤΗΛ: 2813 405312
e-mail: amandali@pagni.gr

ΖΩΥΛΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η
ΑΜΚΑ: 04096800265-Α.Μ. ΤΣΑΥ 82065