

**Προδιαγραφές για Εξάρτημα Αυτόματης Διαχείρισης
Υπερδιηθήματος**

ΚΩΔ.324758

Εξάρτημα αυτόματης διαχείρισης υπερδιηθήματος (Α.Υ) που να περιλαμβάνει σάκο υπερδιηθήματος, συνδετικές γραμμές και γραμμή 6,7 μέτρων για την αυτόματη απομάκρυνση όλων των αποβαλλόμενων υγρών απ' ευθείας στην αποχέτευση του νοσοκομείου.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 6 ημέρες χωρίς αλλαγή.

Να είναι συμβατό με τα μηχανήματα νεφρικής υποκατάστασης της μονάδας (αγορά του Νοσοκομείου).

Συσκευασία 8 τεμαχίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΦ-ΜΑΘ
Πο.Γ.Ν.Ε.Π.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΩΔ. 50452

Από αφρώδες υλικό, υψηλής ποιότητας. (όχι κουλούρα)

Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό αντιαλλεργικό πολυουρεθάνης, που να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και τη μη εφίδρωσή του, μη τοξικά, αντιολισθητικά, όχι πολύ μαλακά ώστε να πιέζονται από το βάρος των ασθενών.

Σε συσκευασία με κενό αέρος για εύκολη αποθήκευση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΗΤΗΣ
ΠΑΤΕΝΤ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN-GANZ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ SVO2,
CCO, CEOV

ΚΩΔ. 81368 - 183907

Καθετήρες πνευμονικής κυκλοφορίας Swan-Ganz με δυνατότητα συνεχούς μέτρησης καρδιακής παροχής (CCO) με ταυτόχρονη μέτρηση του κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος (SVO2) και συνεχή μέτρηση του τελοδιαστολικού όγκου της δεξιάς κοιλίας (CEDV) 6 αυλών, 7.5Fr μήκους 110cm.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΑΘ
Πα.Γ.Ν.Α. 14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ (ΘΗΚΑΡΙΑ) ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ Νο 8.5
ΚΩΔ. 65279

Σετ εισαγωγής (θηκάρι) πολυαυλικών καθετήρων, με βαλβίδα ασφαλείας από πολυουρεθάνη και πλάγιο αυλό.

Με ειδικό σύστημα για να μην τσακίζει το θηκάρι (τύπου φυσαρμόνικα).
Διαστολέα, σύριγγα, οδηγό σύριγγα με ένα άκρο ευθύ και ένα άκρο τύπου J (διάμετρος σύρματος 0,89mm), βελόνα 18Ga μήκους 6.35cm, προστατευτικό περίβλημα (μανίκι προστασίας) 8.5 Fr και μήκους 10cm.
Μιας χρήσεως, αποστειρωμένο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ


ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΘ-ΜΑΘ
Πα.Γ.Ν.Θ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Κωδ 49425 - 28 19 90

Αρτηριακοί καθετήρες σε μέγεθος 18G/12cm, κατασκευασμένοι από αμιδικό πολυαιθέρα ((PEBA).

Να φέρουν οδηγό σύρμα, Σφιγκτήρα και προέκταση του αυλού, βελόνη με μέγεθος ίδιο με το μέγεθος του καθετήρα, μήκους 4cm.

Να τοποθετούνται με τεχνική Seldinger, αποστειρωμένοι, Μ.Χ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΓ. ΜΑΘ
Πα 11/10/2014