

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ

ΚΩΔ. 53664-53665

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, κατασκευασμένοι από εύκαμπτο ατραυματικό υλικό και PVC, να έχουν χρωματιστή ένδειξη μεγέθους και μαλακά στρογγυλεμένα άκρα καταλλήλοι με διαμετρο για χρήση με καθετήρα αναρρόφησης, free latex

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Πα.Γ.Ν.Η.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ

ΚΩΔ.18382

Ακτινολογικό κάλυμμα 100x100 .

Το κάλυμμα πρέπει να είναι σε συσκευασία, διαφανές, ανθεκτικό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΑΜΩ
Πα.Γ.Ν.Η.

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ <30% ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΠΗ>50%

ΚΩΔ.:352596

Πλαστική φιάλη RTH 500ml. Διάλυμα υπερθερμιδικό χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες <30% και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη >50% για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση με μηχανικό αερισμό για χορήγηση με ρινογαστρικό καθετήρα. Να περιέχει αντιφλεγμονώδες μίγμα ελαίων ΕΡΑ (ΕΙΚΟΣΑΠΕΝΤΑΝΟΙΚΟ ΟΞΥ) >4g/l και αυξημένη ποσότητα αντιοξειδωτικών. εμπλουτισμένο με ταυρίνη και καρνιτίνη

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

ΚΩΔ.:352597

Διάλυμα εντερικής σίτισης για ασθενείς με δυσαπορρόφηση, περιορισμό στην πρόσληψη υγρών και/ή πρωτεϊνικό καταβολισμό. Ημιστοιχειακό, υπερθερμιδικό 1.5kcal/ml με υψηλή περιεκτικότητα σε MCTs 72% και πρωτεΐνη>65g/l(σε μορφή πεπτιδίων). Αυξημένη ποσότητα αντιοξειδωτικών βιταμίνες C και E. Εμπλουτισμένο με ταυρίνη και καρνιτίνη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΗΣ ΜΕΒ-ΜΑΦ
Πα.Γ.Ν.Θ.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ-ΥΓΡΑΝΣΗΣ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΩΔ. 67705**

283196

Αντιμικροβιακό ηλεκτροστατικό φίλτρο και ενσωματωμένο εναλλάκτη υγρανσης θέρμανσης που να προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία ως ακολούθως:

Για τους μικροοργανισμούς που αναπύσσονται στον αέρα (airborn particles) 99,99% μέση τιμή (BFE: 99,99%, VFE: 99,99%). Επιπλέον να προσφέρει 100% προστασία έναντι των:

Mycobacterium tuberculosis (δεδομένα από IKI, ανάπτυξη σε αέρα), HIV (δεδομένα από CAMR, ανάπτυξη σε υγρό περιβάλλον/liquidborn), HCV (δεδομένα από CAMR, ανάπτυξη σε υγρό περιβάλλον/liquidborn).

Να επιτυγχάνει άριστη υγρανση του ασθενούς και αποτελεσματικό αερισμό με χαμηλή αντίσταση ροής του αέρα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1.0 cm H₂O σε 30 l/min, 2.5 cm H₂O σε 60 l/min, 4.7 cm H₂O σε 90 l/min. Η απόδοση του εναλλάκτη για την υγρασία σε VT 500ml να είναι 30mg/l, ενώ η απόδοση θερμοκρασίας περίπου στους 34°C.

Το φίλτρο να έχει βάρος μικρότερο από 30gr και νεκρό όγκο λιγότερο από 55ml. Να διαθέτει υποδοχή καπνογράφου με συνδέσεις 22M/15F-22F/15M. Να είναι αποστειρωμένο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΗ ΜΕΘ-ΜΑΦ
Πατρ. Γ. Ν. Ν.