

Γενικές τεχνικές προδιαγραφές καλωδίων διαθερμιών

A/A	Υλικό	Κωδικός ΠαΓΝΗ	Ζητούμενη ποσότητα σε τεμάχια	Πιθανό κόστος τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ	Πιθανό κόστος τεμαχίου με ΦΠΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ (E0560E - ΜΕ ΒΥΣΜΑ ΑΥΧ) ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ COVIDIEN (πολλαπλών χρήσεων για πλάκες γείωσης για την Διαθερμία FORCE ARGON II VALLEYLAB με μήκος καλωδίου περίπου 5 μέτρων)	352507	10	98,00	121,52
2	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (HF9401-30) (σιλικονούχο καλώδιο μονοπολικής διαθερμίας για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις κατάλληλα για την διαθερμία FORCE FX-8CS, με άκρα μπανάνα(4mm)- θηλυκό(4mm) και μήκους περίπου 3 μέτρων)	367855	10	55,00	68,20
3	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ VALLEYLAB E0560 (89101051) 4,5M (πολλαπλών χρήσεων, περίπου 4.5 μέτρων, για χρήση με πλάκες γείωσης διπλής αγώγιμης επιφάνειας)	201548	20	38,00	47,12

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον μειοδότη ανά είδος (ανά κωδικό).
2. Το προσφερόμενο κόστος ανά είδος δεν μπορεί να ξεπερνάει το προβλεπόμενο κόστος ανά είδος, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
3. Η ποσότητα των τεμαχίων του κάθε είδους δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί.
4. Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σφραγισμένα στην συσκευασία τους, εντός της ημερομηνίας λήξης τους και όχι ελαττωματικά (με δικαίωμα επιστροφής τους).
5. Εάν δεν υπάρξει προσφορά σε κάποια είδη, η κατακύρωση γίνεται κανονικά στα υπόλοιπα είδη.
6. Οι προσφορές να συνοδεύονται από ευδιάκριτες φωτογραφίες ή prospectus των υλικών.
7. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει δείγμα του υλικού.
8. Στην προσφορά να αναφέρεται οπωσδήποτε ο χρόνος εγγύησης.
9. Τα είδη θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν σήμανση CE.

10. Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
11. Οι προσφορές του κάθε είδους θα πρέπει να συνοδεύονται οπωσδήποτε από φύλλο συμμόρφωσης στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, να συνοδεύονται από φύλλο συμμόρφωσης στις προδιαγραφές του είδους με παραπομπές στο prospectus ή στις φωτογραφίες του (όπου απαιτείται).
12. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να παραδίδει τα υλικά στην Αποθήκη Τεχνικής Υπηρεσίας ΠαΓΝΗ, εντός 10 εργάσιμων ημερών (το μέγιστο), με δικαίωμα ζήτησης παράτασης του χρόνου παράδοσης.
13. Τα μεταφορικά των εξαρτημάτων βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τεχνικές Προδιαγραφές Καλωδίων Διαθερμιών

1. Τα ζητούμενα υλικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα και η περιγραφή καθώς και ο τύπος τους αποτελεί τεχνική περιγραφή.
2. Τα ζητούμενα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τον υπάρχοντα βιοϊατρικό εξοπλισμό.
3. Θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σφραγισμένα στην συσκευασία τους και όχι ελαττωματικά (με δικαίωμα επιστροφής τους).
4. Να διαθέτουν εξωτερική επένδυση σιλικόνης υψηλής ποιότητας και να είναι εύκαμπτα και ευλύγιστα.
5. Να μπορούν να κλιβανιστούν σε θερμοκρασία 134° C.
6. Να αναφέρονται όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και στοιχεία τους.
7. Εάν παραδοθούν λανθασμένα ή ελαττωματικά υλικά, η επιτροπή παραλαβής θα ζητήσει την επιστροφή τους και η κατακύρωση θα γίνει στον επόμενο μειοδότη.
8. Για το κάθε είδος να υπάρχει κωδικός ΕΟΦ επί ποινή αποκλεισμού.
9. Να καλύπτονται από εγγύηση 6 μηνών τουλάχιστον