

Εγκεκριμένες Προδιαγραφές ΕΚΑΠΥ κωδ. Νοσοκομείου 282555

ΞΗΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ

Οι πλαστικές φιάλες πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν τόσο με την βαρύτητα όσο και με την αναρρόφηση καθώς επίσης να αποτελούνται από 3 θαλάμους:

-Θάλαμος συλλογής υγρών χωρητικότητας έως 2500cc

-Θάλαμο με εσωτερική βαλβίδα μονόδρομης κατεύθυνσης

-Μηχανικό διακόπτη για τον έλεγχο της αναρρόφησης

Η συσκευή θα πρέπει να φέρει

-Μηχανικό διακόπτη ρύθμισης της αρνητικής πίεσης που ασκείται από την αναρρόφηση με δυνατότητα ρύθμισης από -5 έως -40cm H₂O.

Θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη που δείχνει ότι η αναρρόφηση είναι σε λειτουργία και η αρνητική πίεση που ασκεί η αναρρόφηση είναι αυτή που αντιστοιχεί στην θέση του διακόπτη.

Το σύστημα να έχει την δυνατότητα λειτουργίας με ελάχιστη ροή αέρα της τάξης των 6L/min.

-Οι διαβαθμίσεις στα πρώτα 200ml θα πρέπει να είναι ανά 10ml κάνοντας την συσκευή κατάλληλη και για παιδιατρική χρήση

-βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης με ειδικό ενσωματωμένο φίλτρο και δυνατότητα πλήρωσης του θαλάμου ενδοθωρακικών πιέσεων χωρίς απαραίτητα την χρήση βελόνας

-βαλβίδα ασφαλείας θετικής πίεσης

-δυνατότητα συλλογής δείγματος

-Σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση

-Σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα ασθενούς ο οποίος θα διαθέτει clamp για διακοπή της ροής ή για άρμεγμα.

-Ειδική χειρολαβή για κρέμασμα στο κρεβάτι του ασθενούς και εύκολη μεταφορά από τον ασθενή