

Am 307 1/305

Προδιαγραφές Υλικού:

Εξατομικευμένο ενδαγγειακό μόσχευμα με έναν κλάδο ή θυρίδα για για ανεύρυσμα ή διαχωρισμό του αορτικού τόξου

- Εξατομικευμένα ενδαγγειακά μοσχεύματα με έναν κλάδο ή θυρίδα (αναλόγως της ανατομίας του ασθενούς) για ανευρύσματα ή διαχωρισμών του αορτικού τόξου, από Dacron ή PTFE με το οποία να κατασκευάζονται κατά παραγγελία για τις ανάγκες και την ανατομία του εκάστου με τον κλάδο ή θυρίδα για την αιμάτωση της Αριστερής Υποκλειδίου αρτηρίας.

- Το Set θα περιλαμβάνει τον ειδικά κατασκευασμένο προεκτάση για την αριστερή υποκλειδική αρτηρία.
- Η συσκευή να έχει υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος του καθετήρα και να έχει ακτινικούς δείκτες (markers) ώστε να υπάρχει ακτινοσκοπικά σαφής εικόνα της θέσης του ενδομοσχεύματος όσο και κατά την έκπτυξή του.

- Να συνοδεύεται με όλα τα συνοδά απαραίτητα υλικά τοποθέτησης του όπως πχ. θηκάρια snares, καθετήρες, μπαλόνι μορφοποίησης, κλπ)

- Το ανωτέρω μοσχεύματα θα πρέπει να παραδίδονται εντός 30 εργάσιμων ημερών από παραγγελίας τους.


Χρήστος Ιωάννου
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Δ/ντής Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος - Αγγείων