

**ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΙΝΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ SIDESTREAM – MICROSTREAM**

ΚΩΔ 328786

1. Να είναι κατάλληλη γραμμή καπνογραφίας για λήψη αερίων ρινικά και στοματικά, με χαμηλές ροές έως 65ml/min, σε ενήλικους ασθενείς.
2. Να είναι βραχείας διάρκειας με ενσωματωμένο υδροφοβικό φίλτρο 0,2micron ώστε να μην χρειάζεται υδατοπαγίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσεων.
3. Να διαθέτει γραμμή παροχής οξυγόνου. Η παροχή οξυγόνου να γίνεται ρινικά αλλά και στοματικά.
4. Να διατηρεί γραμμική ροή αερίου ώστε να μην επηρεάζονται οι κυματομορφές. Να είναι μήκους 2μ.
5. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.

Πουάρ ταχείας χορήγησης υγρών 1000ml

ΚΩΔ 283035

Να είναι σύμφωνα με τα iso και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Να διαθέτουν CE. Να διαθέτουν μανόμετρο υψηλής πίεσης > 300 mmHg, και πουάρ μεγάλου μεγέθους για ευκολότερο φούσκωμα. Να είναι μεγάλης αντοχής. Στο σωλήνα μεταξύ πουάρ και ασκού να φέρουν ειδικό κλείστρο από ανθεκτικό υλικό για τη διατήρηση σταθερής και ασφαλούς πίεσης στον ασκό. Να είναι από ανθεκτικό νάυλον λευκού χρώματος, latex free, εύχρηστοι και αρκετά ανθεκτικοί. Το μπροστινό τμήμα τους να αποτελείται από διάφανο υλικό το οποίο να επιτρέπει την καλύτερη πιστοποίηση της ροής.

ΕΠΙΧ. ΚΑΘ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ
ΔΜ 94730 : ΔΩΚΑ 14097302153