

287763

Τεχνικές προδιαγραφές

Εξατομικευμένο ενδαγγειακό μόσχευμα με εσωτερικούς ή εξωτερικούς κλάδους ή/και θυρίδες για Υπερνεφρικά, θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα και αορτικών διαχωρισμών

- Εξατομικευμένα ενδαγγειακά μοσχεύματα με εσωτερικούς ή εξωτερικούς κλάδους και θυρίδες (αναλόγως της ανατομίας του ασθενούς) για θωρακοκοιλιακά ανευρύσματα ή διαχωρισμών, από Dacron με σκελετό (stent) από nitinol, το οποία να κατασκευάζονται κατόπιν εξειδικευμένης παραγγελίας, αναλόγως τις ανάγκες / ανατομίας του εκάστοτε ασθενούς.
- Κύριο στέλεχος μοσχεύματος, από υφαντό πολυεστερικό υλικό (DACRON) ραμμένο σε αυτοεκτεινόμενες ενδοπροθέσεις από νιτινόλη (NITINOL) ή ανοξείδωτο χάλυβα (STAINLESS STEEL) με προ διαμορφωμένες θυρίδες. Αρθρωτό για την βέλτιστη ισορροπία του μοσχεύματος μέσα στο σάκο του ανευρύσματος. Ακίδες στο εγγύς τμήμα για πρόσθετη καθήλωση του μοσχεύματος.
- Να διαθέτει ασφάλειες δίνοντας την δυνατότητα μετακίνησης του μοσχεύματος ακόμη και μετά την απελευθέρωση του. Το φέρον σύστημα είναι προ φορτωμένο σε υδρόφιλα θηκάρια 18-20-22 Fr εισαγωγής χαμηλού προφίλ 18-20-22 Fr, με αιμοστατική βαλβίδα και με τριπλό μηχανισμό απελευθέρωσης και να φέρει ακτινοσκοπικούς δείκτες στο εγγύς, στο κεντρικό και στο περιφερικό τμήμα για την ακριβή τοποθέτηση του .
- Να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα τυχόν παρελκόμενα υλικά (stiff σύρμα, μπαλόνι μπρφοποίησης, θηκάρια, κλπ) για την επιτυχημένη διεξαγωγή της επέμβασης.
- Να έχει FDA ή/και CE ένδειξη (Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης).
- Το ανωτέρω μοσχεύματα θα πρέπει να παραδίδονται εντός 15-20 εργάσιμων ημερών από την ημερ/νία παραγγελίας τους

ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΕΚΕΤΑΣΤΕΥΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΓ.Ν.Ε. Α.Μ. ΤΣΑΥ: Β3256/4
Α.Μ.Κ.Α.: 18026700312