


188148: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΔΑΚΤΥΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Να είναι 3 στρωμάτων non-woven, film, non-woven Ειδικά για διουρηθρικές επεμβάσεις. Υπερ-ενισχυμένο. Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος και δυνατότητα μεγάλης αναρρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αδιαπεραστο, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από την θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απαλό στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μη γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή ώστε να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να διαθέτει ενσωματωμένες περικνημίδες, σάκο συλλογής υγρών. Να έχει δακτυλοθήκη για προωκτική εξέταση, διαστάσεων 300x200x150cm περίπου.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το πεδίο να συνοδεύεται από αντίστοιχης ποιότητας κάλυμμα τραπεζιδίου εργαλείων 150x200cm περίπου και ο σακος να διαθέτει βαλβίδα και σωλήνα εκκένωσης τουλάχιστον 100cm, και κατάλληλη στήριξη με ζώνες ασφαλείας για να διατηρείται πλήρως ανοικτός καθόλη τη διάρκεια επέμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή ροής εκτός σάκου για μέγιστη ασφάλεια.


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΑΥ 92869
Α.Π.Κ.Α.Υ. 17057001178