

Προδιαγραφές για Σύστημα Διαχείρισης Κοπράνων

ΚΩΔ.270446

- Σύστημα συλλογής υγρών ή ημι-υγρών κοπράνων ενηλίκων, με διάταξη σωλήνα καθετήρα μήκους 150 cm, με μεγάλο αυλό διαμέτρου 24 mm και σάκο συλλογής χωρητικότητας 1000 ml, κατασκευασμένα από συμπολυμερές υλικό **Permalene™**, απαλλαγμένο από latex για χρήση μέχρι και 29 ημέρες.
- Το άνω άκρο του καθετήρα να αποτελείται από ένα χαμηλής πίεσης cuff σε σχήμα χοάνης, εσωτερικής διαμέτρου 3.3 cm, μια διασφιγκτηριακή ζώνη με γραμμή ένδειξης θέσης, για την συγκράτηση του καθετήρα εντός του εντερικού θόλου, την ελαχιστοποίηση της διαστολής του σφιγκτήρα και την πλήρη εκτροπή των κοπράνων στο σωλήνα παροχέτευσης.
- Το cuff χαμηλής πίεσης σε σχήμα χοάνης και το τμήμα της διασφιγκτηριακής ζώνης να είναι κατασκευασμένα κυρίως από σιλικονούχο υλικό.
- Το κάτω άκρο του καθετήρα να φέρει ειδικό σύνδεσμο εμβολοφόρου βαλβίδας που να ασφαλίζει αυτόματα με το σάκο συλλογής κοπράνων για την αποτροπή διαρροής κατά την σύνδεση και την αποσύνδεση.
- Ο σάκος συλλογής κοπράνων να έχει χωρητικότητα 1000 ml και να είναι κατασκευασμένος από το συμπολυμερές υλικό **Permalene™**, ώστε να ελαχιστοποιείται η διείσδυση αερίου και υδρατμού και η διαφυγή μικροβίων.
- Κατά μήκος του καθετήρα παροχέτευσης να υπάρχουν τρεις αυλοί, ο καθένας με μια ξεχωριστή θύρα : διόγκωσης, έκπλυσης και δειγματοληψίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΚΤΗ ΜΕΣ-ΜΑΘ
Πο. 270446

ΣΑΚΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ.133387

THERMAX BLOOD WARMER BAG (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΣΑΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ)

Αναλώσιμος σάκος θερμαντήρα αίματος, μιας χρήσης, χωρητικότητας 27ml, συμβατό με το θερμαντικό των μηχανημάτων νεφρικής υποκατάστασης τα οποία είναι αγορά του Νοσοκομείου.

Συσκευασία: 24 τεμ.

ΚΩΔ.330743

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Π.Γ.Ν.Α.Θ.
Πα.Γ.Ν.Η.