

**Κωδ:66233**

**ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.**

Λιπαντικό λάδι σε σπρέι , κατάλληλο για χειρουργικά εργαλεία. Να περιέχει ως βάση υγρή παραφίνη υψηλής καθαρότητας. Να μην δημιουργεί ιζήματα και να μην αφήνει υπολείμματα μετά τη διαδικασία αποστείρωσης. Να έχει μακρύ (10-15cm περίπου),λεπτό ρύγχος για αποτελεσματική λίπανση και στα πιο δύσκολα σημεία των εργαλείων . Να φέρει σήμανση CE. Να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική. Να κατατεθούν και τα πρωτότυπα prospectus. Η προσφορά να αναφέρεται σε φιάλη των 400-500ml και στην τιμή να περιλαμβάνεται το ρύγχος ψεκασμού για κάθε δοχείο.  
Υποχρεωτικό δείγμα για αξιολόγηση.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Για τον κωδικό **272268** , φύλλα ελαστικού απομονωτήρα, που μπορεί να απομονώσουν πολλαπλά δόντια, να επιτρέπουν άνετη όραση, σε αντίθεση με τους στοματικούς ιστούς (π.χ. γαλάζιου χρώματος). Να έχουν μεγάλη ελαστικότητα, χωρίς να σχίζονται, να είναι εξαιρετικής ποιότητας latex , διαστάσεις 15cm x15cm περίπου. Να σταλεί δείγμα.

Για τον κωδικό **53205**, το προσωρινό υλικό έμφραξης να είναι σε μορφή πάστας.

Για τον κωδικό **395433** , το υλικό να είναι ketac conditioner, επειδή υπάρχει στο νοσοκομείο ο προωθητής της συγκεκριμένης εταιρείας.

Για τον κωδικό **65115** οι προδιαγραφές είναι η ακριβής περιγραφή του υλικού. Να σταλεί δείγμα.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΣΙΝΗ  
ΠΡΟΫΠΑΓΜΕΝΗ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΕΛ.Ν.Π.