

ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ VLM

ΚΩΔ: 93586

- 1) Η μάσκα να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση στον ασθενή παρέχοντας στον αναισθησιολόγο την δυνατότητα οπτικής καθοδήγησης.
- 2) Να διαθέτει ειδικό αυτόνομο κανάλι εισαγωγής κάμερας LED ώστε η εικόνα να μεταφέρεται απευθείας σε μόνιτορ
- 3) Να διαθέτει αυτόνομο κανάλι αερισμού
- 4) Να διαθέτει αυτόνομο κανάλι εισαγωγής γαστρικού σωλήνα
- 5) Να διαθέτει ενσωματωμένη γραμμή αναρρόφησης
- 6) Να διαθέτει ενσωματωμένη γραμμή με βαλβίδα για το φούσκωμα και το ξεφούσκωμα της μάσκας
- 7) Να διαθέτει γραμμή για τον καθαρισμό του οπτικού πεδίου της κάμερας
- 8) Να είναι μίας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία
- 9) Να είναι Latex Free
- 10) Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη 3, 4 και 5
- 11) Να διαθέτει σήμανση CE.
- 12) Να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός μόνιτορ με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την οπτική παρακολούθηση διαμέσου της βιντεολαρυγγικής μάσκας.