

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ

49180 ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΚΟΙΛΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ 8,5F

287292 ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΚΟΙΛΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ 10 F

- Ο ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΟΥΣ
- ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΥ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΘΑΛΑΜΙΣΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 3 WAY ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 700ML ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΠΑΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΣΥ ΠΑΤ.Ν.Η.
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 7359270 ΚΑΔΑ 27066402952