

Ενδεικτικές Προδιαγραφές

280354

Οδηγό σύρμα για ουρολογική χρήση με πολύ εύκαμπτο λεπταινόμενο και στρογγυλεμένο τελικό ατραυματικό άκρο για ελεγχόμενη και ασφαλή καθοδήγηση μέσα από μη αγγειακές δομές όπως ο ουρητήρας. Να διαθέτει υποχρεωτικά ειδική υπερυδρόφιλη επικάλυψη (M Coat) για πλήρη εξάλειψη των τριβών κατά την τοποθέτηση. Να διαθέτει ακτινοσκοπικό εξωτερικό περίβλημα πολυουρεθάνης και πυρήνα Nitinol. Να έχει προβλεπόμενη καθοδήγηση (μετάδοση περιστροφής 1:1 στο τελικό άκρο). Διάμετρος 0.035'', τελικό άκρο ευθύ και εύκαμπτο για τουλάχιστον 3 cm. Συνολικό μήκος 150 cm.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ. ΠΑΜΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Π.Α.Γ.Ν.Η. Α. Μ. ΤΖΑΥ: 92868
ΑΜΚΑ: 12057601178