

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΛΥΒΔΥΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.Γ.Ν.Η**  
**Τεχνικές Προδιαγραφές**  
**Νοέμβριος 2025**

**Παραδοτέο:** τεμάχιο μολυβδύαλου για την αντικατάσταση θραυσμένου τεμαχίου στον προθάλαμο της Β' Αίθουσας Χειρουργείου.

- Διαστάσεις 93(οριζόντια) Χ66(κάθετη) εκατοστά
- Σύνθεση περίπου 52% βάριο και 17% μόλυβδος
- Ισοδύναμο πάχος θωράκισης τζαμιού: 1,5 χιλιοστά Pb για ισχύ απεικονιστικών μηχανημάτων ως 150kV
- Πραγματικό πάχος τζαμιού: περίπου 6 χιλιοστά.
- Σήμανση επί της υάλου, στην κάτω δεξιά γωνία

Λοιπές υποχρεώσεις του Προμηθευτή

- ✓ Τα προσφερόμενα είδη θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, από μονάδα παραγωγής πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 13485. Ιδιοκατασκευές δεν επιτρέπονται .
- ✓ Η προμηθευτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει επίσης πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη
- ✓ Οι προσφορές θα συνοδεύονται από αντίγραφα των ISO 9001 και ISO 13485 των πιστοποιήσεων του κατασκευαστή και του προμηθευτή.
- ✓ Τα είδη θα διαθέτουν σήμανση CE
- ✓ Όλες οι προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρεις και ευκρινείς τεχνικές προδιαγραφές.
- ✓ Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία κρίνει απαραίτητα.
- ✓ Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στην αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και όλες οι παράπλευρες δαπάνες όπως ασφαλής συσκευασία και μεταφορά με ευθύνη του Προμηθευτή, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι.
- ✓ Στην αξιολόγηση βαρύνουσα γνώμη έχει το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του ΠΑΓΝΗ.
- ✓ Ως χρόνος παράδοσης των παραπάνω ειδών ορίζονται οι **60** (εξήντα) εργάσιμες ημέρες.
- ✓ Δημοσίευση του παρόντος σημαίνει αποδοχή του από το Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας και το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του ΠΑΓΝΗ.

Για την Τεχνική Υπηρεσία  
Αντώνης Κατσαράκης