

Av 161

Συσκευή Καθετήρα μπαλόνη, οδηγό σύρμα 0,018" ή 0,035", με επικάλυψη sorbitol & polysorbate και φαρμάκου Πακλιταξέλης με επιφανειακή συγκέντρωση 2  $\mu\text{g}/\text{mm}^2$  περίπου . Η απελευθέρωση του συνόλου της πακλιταξέλης να ολοκληρώνεται μετά από 30sec περίπου από την επαφή με το αγγείο. Να διατίθεται σε καθετήρες 75-100-130cm και σε διαμέτρους από 4mm μέχρι 12mm και μήκος μέχρι 150mm. Να έχει επίσημη ένδειξη για περιφερικά αγγεία και φίστουλες.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΛΑΪΔΗΣ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤ. ΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΑΝ. Π. ΝΟΣ. ΘΡΑΚΗΣ  
ΔΜ: 99730 / ΔΜΚΑ: 1509/102753