

188148: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Να είναι 3 στρωμάτων (non-woven, film, non-woven). Ειδικά για διουρηθρικές επεμβάσεις. Υπερ-ενισχυμένο. Το επιφανειακό στρώμα να είναι κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας non-woven ώστε να έχει συμπεριφορά υφάσματος και δυνατότητα μεγάλης απορρόφησης υγρών. Το μεσαίο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από film ώστε να αποτελεί φράγμα κατά των υγρών και των μικροβίων αλλά παράλληλα να είναι αδιαπέραστο, ελαχιστοποιώντας την εφίδρωση από τη θερμοκρασία του σώματος. Το κατώτατο στρώμα να είναι κατασκευασμένο από non-woven, απάλο στην αφή και φιλικό προς τον ασθενή προς τον ασθενή και παράλληλα να έχει καλή εφαρμογή ώστε να μη γλιστράει. Με κυματοειδή κατασκευή ώστε να επιτρέπει ταχύτατη απορρόφηση των υγρών. Να διαθέτει ενσωματωμένες περικνημίδες, σάκο συλλογής υγρών που να έχει πλέγμα για συλλογή ιστολογικού δείγματος και διαφυγής υγρών. Να έχει δακτυλοθήκη για πρωκτική εξέταση. Διαστάσεων 300x200x150 cm περίπου.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το πεδίο να συνοδεύεται από αντίστοιχης ποιότητας κάλυμμα τραπέζιδίου εργαλείων 150 x 200 cm περίπου και ο σάκος να διαθέτει βαλβίδα και σωλήνα εκκένωσης τουλάχιστον 100 cm, επαρκές μέγεθος και κατάλληλη στήριξη με ζώνες ασφαλείας για να διατηρείται πλήρως ανοικτός καθ όλη τη διάρκεια της επέμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή ροής υγρών εκτός σάκου για μέγιστη ασφάλεια.

ΕΚΦΡΑΣΗ Κ. ΜΑΜΟΥΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΦ. ΚΑΘ' ΕΠΙΘΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑ.Γ.Ν. «Α.Μ. ΤΣΑΥ» 42689
7087901178