

Σύστημα παιδιατρικών ασκών αίματος

Περιγραφή :

Το σύστημα να αποτελείται από τέσσερις (4) ενιαία συνδεδεμένους ασκούς αίματος κατάλληλους για την φύλαξη και μετάγγιση ερυθροκυττάρων.

Τεχνικές προδιαγραφές :

1. Να είναι χωρητικότητας 150ml έκαστος.
2. Να είναι DEHP free / EC 1907/2006 (REACH).
3. Να αναγράφεται επί της ετικέτας του ασκού η ημερομηνία λήξης.
4. Η ετικέτα να διαθέτει όλα τα απαραίτητα σύμβολα, τον κωδικό του προϊόντος και την παρτίδα παραγωγής με τους αντίστοιχους γραμμοκωδικούς (barcode).
5. Το υλικό του ασκού να είναι απόλυτα διαυγές και άχρωμο.
6. Το σύστημα των ασκών να είναι κατάλληλο για την άσηπτη σύνδεσή του.
7. Ο κάθε ασκός να διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο εξόδου με κάλυμμα πλήρως αποσπώμενο για την ασφαλή σύνδεσή του με την συσκευή μετάγγισης.
8. Η κατασκευαστική εταιρεία να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά υλικά.
9. Να κατατεθούν 2 δείγματα προς αξιολόγηση.


ΒΕΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
N.Y.A. ΠαΓΝΗ