

A17.233

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΩΔ. 287110

Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να φέρει 4 παροχές με clamps εκ των οποίων οι 3 με vessel cannulae.

TEM: 100


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΟΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΓ.Κ.Η.  
Μ. ΤΣΑΛ: 224 711 7111 ΤΗΛΕΚΑ: 2204 270023 0

Α17.233

**ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 34/46Fr (ΚΩΔ: 324016)**

Να είναι από PVC ή σιλικόνη. Να έχουν στο τελικό τους άκρο 6-10 cm με λεπτότερη διάμετρο και πολλαπλές πλευρικές οπές στην κορυφή του, ενώ ακολουθούν 4-6 κυκλωτερείς οπές (2<sup>ο</sup> επίπεδο) με ευρύτερη διάμετρο. Να έχουν σπείραμα με μήκος ως 40 cm. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 1/2. Να παρέχεται στο μέγεθος 34/46 Fr.

ΤΕΜ: 20

  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΥΠΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.  
Μ. ΤΣΑΛ: 2306700000 - ΑΔΗΚ: 23066700000

A17.233

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΡΙΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 3/8 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
(ΚΩΔ.182661)**

Αισθητήρας τριοπτικής μέτρησης  $pO_2$  /ART/Temp. Να είναι σε διάσταση 3/8 inch, αποστειρωμένος για χρήση σε μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας LivaNova S5.

TEM: 50

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΚΑΜΗΣ ΓΕΡΟΝΤΟΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.  
Μ. Τ.Ε.Π. 23-07-2014 ΤΗΛ: 2306670060

Α17.233

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΡΙΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1/2 ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
(ΚΩΔ.385803)**

Αισθητήρας τριοπτικής μέτρησης  $SVO_2$  /Hct/Hb/Vent. Να είναι σε διάσταση 1/2 inch, αποστειρωμένος για χρήση σε μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας LivaNova S5.

TEM: 50

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ**  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΠΤΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑ.Γ.Ν.Η.  
Μ. ΤΕΛ. 231.0711 ΕΠΙΧ. 23066700860