

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α17. 235

**ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΩΔ. : 291594**

Να είναι από PVC ή σιλικόνη, να έχει την δυνατότητα διαδερμικής τοποθέτησης. Να έχει διάμετρο 17 - 23Fr, μήκος ως 45cm, επιμηκυμένο σώμα με σπείρωμα. Να συνοδεύεται από σετ εισαγωγής με διαστολεις οδηγό σύρμα τοποθέτησης. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 με luer lock.

ΤΕΜ: 8

- 5 τμχ 19Fr
- 3 τμχ 21Fr

~~ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΓ.Ν.Η.  
Μ. ΤΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΜΚΑ. 2806670060~~

417.235

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΩΔ. 287104 Υπ:(287105)

Να είναι από PVC ή σιλικόνη, να έχουν κυρτό άκρο 45° διάχυσης, με σπείραμα και μήκος 38cm. Απαραίτητη η ύπαρξη πτερυγίων στήριξης. Να φέρει ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 με luerlock. Να παρέχεται στο μέγεθος 21Fr.

ΤΕΜ: 80

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΙΟΝΙΑΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η.  
Μ. ΤΣΑΥ 206977X - ΑΔΙΚΑ: 2008670060