

ΚΩΔΙΚΟΣ 160739 Τ.Ε.Ι. ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΛΑΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RAT TOOTH.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ.ΘΗΚΑΡΙ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ.ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΠΟ 1.8 3.0mm &
ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 160-230cm.ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 134 C & ΝΑ
ΕΜΒΥΘΙΣΤΕΙ ΣΕ ΨΥΧΡΑ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜ. 69541 - ΤΗΛ. 307.5815010